

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张峰	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 西藏军区总医院	
项目信息	项目名称: 后装机钷 192 放射源采购	
	供应商名称: 成都恒众源科技有限公司	
专业人员论证意见	本师市人民医院配备的 Gammamed plus 钷 TM 型后装机为瓦里安美国产品, 经过多年临床应用实验, 荷兰 curium Netherlands B.V. 公司生产的钷 192 放射源, 在瓦里安后装机上, 该放射源能顺畅运行, 同时符合国际原子能机构推荐的制造标准 ISO 1622、ISO 2019, 源都经过严格的压力、泄漏、表面污染测试, 能充分保证放射源质量及安全性, 该产品在国内市场上无可替代。 因为本项目具有唯一性, 根据相关法律法规规定, 建议本项目采用单一来源采购方式, 由瓦里安美国公司在西藏唯一授权经销商成都恒众源科技有限公司作为本项目的单一来源供应商。	
专业人员签字	张峰	日期: 2022 年 5 月 23 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李红</u>	
	职称: <u>副主任医师</u>	
	工作单位: <u>广西科技大学第一附属医院</u>	
项目信息	项目名称: 后装机铱 192 放射源采购	
	供应商名称: 成都恒众源科技有限公司	
专业人员论证意见	本项目所采购的铱 192 放射源, 是国家严格控制二类放射性同位素, 其生产销售和使用要进行许可备案。荷兰 Curium Netherlands B.V 公司生产的铱 192 放射源 (10Ci) 作为 GammaMed plus iXTM 型后装机的特定产品, 有技术的唯一性, 如更换其他产品, 极有可能出现不匹配情况, 不能保证设备安全、稳定运行。 成都恒众源科技有限公司是后装机生产厂家指定的后装机配套铱 192 放射源的唯一供应商, 具备承接该项目的唯一性。 依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定, 建议本项目采用单一来源采购。	
专业人员签字	<u>李红</u>	日期: 2022 年 5 月 23 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 廖明壮	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 柳州市工人医院	
项目信息	项目名称: 后装机铱 192 放射源采购	
	供应商名称: 成都恒众源科技有限公司	
专业人员论证意见	柳州市人民医院现有的 Gammamed plus iXTM 型后装机生产厂家为瓦里安美国公司, 因放射源的特殊性, 瓦里安后装机需使用与其相配套的放射源, 荷兰 Curium Netherlands B.V. 公司按其尺寸大小生产的铱¹⁹²放射源(10Ci), 经反复试验证明顺畅运行安全不卡顿, 因此该产品的采购具有唯一性。 成都恒众源科技有限公司作为瓦里安美国公司在中国广西唯一的授权经销商, 负责后装机放射源的销售、进出口、运输等工作。 经论证, 该项目符合单一来源采购的要求, 建议将成都恒众源科技有限公司作为铱¹⁹²放射源采购项目的单一来源供应商。	
专业人员签字	廖明壮	日期: 2022 年 5 月 23 日